

2800M and NIST-Traceable Standard Expected Results

Expected Results				
Markers	2800M		ZJK	
AMEL	X	Y	X	Y
D3S1358	17	18	15	17
D1S1656	12	13	16.3	17.3
D2S441	10	14	11	12.3
D10S1248	13	15	16	
D13S317	9	11	9	11
Penta E	7	14	10	12
D16S539	9	13	11	12
D18S51	16	18	16	17
D2S1338	22	25	16	25
CSF1PO	12		10	12
Penta D	12	13	13	14
TH01	6	9.3	8	9
vWA	16	19	14	18
D21S11	29	31.2	29	30
D7S820	8	11	8	12
D5S818	12		11	13
TPOX	11		8	11
DYS391	10		10	
D8S1179	14	15	11	
D12S391	18	23	18	21
D19S433	13	14	13	
FGA	20	23	21	24
D22S1045	16		16	17